

檔 號：  
保存年限：

## 臺北市政府衛生局 函

地址：臺北市信義區市府路1號  
承辦人：許銘淳  
電話：1999(外縣市02-2720-8889)轉7077  
傳真：02-2720-5321  
電子信箱：sharonhsu02@health.gov.tw

受文者：中華民國西藥代理商商業同業公會

發文日期：中華民國108年1月24日  
發文字號：北市衛食藥字第1083102730號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：

主旨：有關台灣康匠製造股份有限公司之「“台灣康匠”醫用手術口罩(未滅菌)(衛部醫器製字第005076號)」(批號：2018.08.22)」醫療器材檢驗不合格，請惠予轉知所屬會員，請查照。

說明：

- 一、依據新北市政府衛生局108年1月17日新北衛食字第10800622301號函辦理。
- 二、案係「“台灣康匠”醫用手術口罩(未滅菌)(衛部醫器製字第005076號)」(批號：2018.08.22)產品經衛生福利部食品藥物管理署檢驗「合成血液穿透性」及「次微米粒子防護效率」檢驗結果不適，故啟動回收。
- 三、為保障民眾用藥安全，請惠予轉知所屬會員，如有案內批號(批號：2018.08.22)產品，請配合藥事法規定辦理。

正本：臺北市藥師公會、台北市藥劑生公會、台北市醫師公會、中華民國西藥代理商商業同業公會、台北市西藥商業同業公會、台北市西藥代理商商業同業公會、台北市牙醫師公會、台北市醫療器材商業同業公會

副本：

